

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ VIỆT YÊN

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-TTYT ngày 05/9/2025 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế sau sắp xếp;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-TTYT ngày 16/5/2025 của Giám đốc TTYT thị xã Việt Yên thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế, y dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro; Mua thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, hàng hóa, dịch vụ khác...phục vụ chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Việt Yên;

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-TTYT ngày 18/9/2025 của Giám đốc TTYT Việt Yên Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-TTYT ngày 30/9/2025 của Giám đốc Trung tâm y tế Việt Yên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025;

Căn cứ E-HSĐT của nhà thầu tham dự gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025; Công văn số 853/CT-TTYT ngày 20/10/2025 của Trung tâm y tế Việt Yên về việc làm rõ E-HSĐT và Công văn số 23.10/CV-VNC ngày 23/10/2025 về việc làm rõ E-HSĐT theo Công văn số 853/CV-TTYT;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Báo cáo đánh giá số 24.10/BC-TCGĐT ngày 24/10/2025 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 149/2025/BCTĐ-KQ.BMC ngày 30/10/2025 của Tổ thẩm định- Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng BMC Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2500414985 - 00 thời điểm đăng tải 30/09/2025;
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025.
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 2.900.000.000 đ (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn).
- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Việt Yên

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Điểm kỹ thuật (nếu có)	Giá đánh giá (nếu có)	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VNCARE VIỆT NAM	0107449246	2.895.000.0 VND	2.895.000.000 VND			2.895.000.000 VND	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Thời gian các bên thực hiện toàn bộ nghĩa vụ theo hợp đồng, bao gồm cả thời gian bảo hành, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực	

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không.

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu:

Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01

Điều 2. Tổ chức thực hiện


Giao Khoa Dược-VTTBYT, Phòng Tài chính kế toán và các bộ phận liên quan

căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khoa Dược-VTTBYT, Phòng Tài chính kế toán, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: Vừa

- Như trên;
- Lưu: VT, KD, TCKT, HSMS.



Trần Minh Phương

Bảng số 01 (webform)

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU

Số: 932/QĐ-TTYT; 31/10/2025; 7:34:9

STT	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá trúng thầu (có VAT)	Thành tiền
1	Hệ thống nội soi tiêu hóa (Dạ dày, đại tràng)	Model/ Ký mã hiệu (Máy chính): CV-170	Nhãn hiệu (Máy chính): Olympus	2024 trở về sau	Xuất xứ (Máy chính): Nhật Bản	Hãng sản xuất (máy chính): Shirakawa Olympus Co., Ltd.	Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo	Hệ thống	01		1.725.000.000	1.725.000.000
2	Đèn mổ treo trần	Model/ ký mã hiệu (Máy chính): Mach LED 8MC F	Nhãn hiệu (Máy chính): Dr. Mach	2024 trở về sau	Xuất xứ (Máy chính): Đức	Hãng sản xuất (Máy chính): Dr. Mach GmbH & Co. KG	Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo	Bộ/Chiếc	02		585.000.000	1.170.000.000
	Tổng:											2.895.000.000

DANH MỤC CHI TIẾT KÈM THEO

STT	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
I	Hệ thống nội soi tiêu hoá (Dạ dày, đại tràng): Số lượng 01 hệ thống	YÊU CẦU CHUNG
		Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%.
		Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
		Nguồn điện: 220V/50Hz ± 10%
		Nhiệt độ tối đa 40 độ
		Độ ẩm tối đa 85%
		Xuất xứ máy chính: Nhật Bản (thuộc G7)
		Yêu cầu về cấu hình
		Máy chính
		- Bộ xử lý hình ảnh (kèm nguồn sáng tích hợp): 01 bộ Model/Ký mã hiệu: CV-170 Hãng sản xuất: Shirakawa Olympus Co., Ltd. Xuất xứ: Nhật Bản Hãng/Nước chủ sở hữu: Olympus Medical Systems Corp./Nhật Bản
		- Màn hình y tế: 01 cái Model/Ký mã hiệu: LMD-2435MD Hãng sản xuất: Sony Global Manufacturing & Operations Corporation Kohda Site Xuất xứ: Nhật Bản Hãng/Nước chủ sở hữu: Sony Corporation/Nhật Bản

STT	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
		<p>- Ống nội soi dạ dày video: 01 cái Model/Ký mã hiệu: GIF-H170 Hãng sản xuất: Aizu Olympus Co., Ltd. Xuất xứ: Nhật Bản Hãng/Nước chủ sở hữu: Olympus Medical Systems Corp./Nhật Bản</p>
		<p>- Ống nội soi đại tràng video: 01 cái Model/Ký mã hiệu: CF-H170I Hãng sản xuất: Aizu Olympus Co., Ltd. Xuất xứ: Nhật Bản Hãng/Nước chủ sở hữu: Olympus Medical Systems Corp./Nhật Bản</p>
		<p>- Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái Model/Ký mã hiệu: MB-155 Hãng sản xuất: Shirakawa Olympus Co., Ltd. Xuất xứ: Nhật Bản Hãng/Nước chủ sở hữu: Olympus Medical Systems Corp./Nhật Bản</p>
		Thiết bị phụ trợ:
		<p>- Kim sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần: 1 hộp (20 chiếc/hộp) Model/Ký mã hiệu: FB-230K Hãng sản xuất: Aomori Olympus Co., Ltd Xuất xứ: Nhật Bản Hãng/Nước chủ sở hữu: Olympus Medical Systems Corp./Nhật Bản</p>

STT	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
		- Kim sinh thiết đại tràng dùng 1 lần: 1 hộp (20 chiếc/hộp) Model/Ký mã hiệu: FB-230U Hãng sản xuất: Aomori Olympus Co., Ltd Xuất xứ: Nhật Bản Hãng/Nước chủ sở hữu: Olympus Medical Systems Corp./Nhật Bản
		- Xe đẩy hệ thống: 01 cái Model/Ký mã hiệu: L3-480 Hãng sản xuất: Công ty TNHH Máy y tế Nam Việt Xuất xứ: Việt Nam Hãng/Nước chủ sở hữu: Công ty TNHH Máy y tế Nam Việt/Việt Nam
		- Máy hút dịch 2 bình: 01 cái Model/Ký mã hiệu: New Hospivac 350 Hãng sản xuất: Cami s.r.l Xuất xứ: Ý Hãng/Nước chủ sở hữu: Cami s.r.l/Ý
		- Máy bơm tưới rửa: 01 bộ Model/Ký mã hiệu: OFP-2 Hãng sản xuất: Keymed (Medical & Industrial Equipment) Ltd. Xuất xứ: Anh Hãng/Nước chủ sở hữu: Keymed (Medical & Industrial Equipment) Ltd./Anh
		Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
		Yêu cầu về thông số kỹ thuật
		Bộ xử lý hình ảnh (kèm nguồn sáng tích hợp)
		Cung cấp hình ảnh chất lượng Full HD (1920 x 1080)

STT	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
		Nguồn sáng công nghệ LED (tích hợp với Bộ xử lý hình ảnh)
		Có chức năng tăng cường hình ảnh quang học ở ánh sáng dải bước sóng hẹp (công nghệ NBI)
		Có chức năng dừng hình ảnh nội soi
		Có chức năng tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất (pre-freeze)
		Tín hiệu đầu ra tương thích các tiêu chuẩn sau: HD-SDI, DVI, Y/C, RGB
		Điều chỉnh tông màu đỏ: 17 bước
		Điều chỉnh tông màu xanh: 17 bước
		Điều chỉnh tông màu Chroma: 17 bước
		Có tính năng khuếch đại ánh sáng tự động (AGC): Hình ảnh được khuếch đại điện tử khi ánh sáng không đủ do ống soi ở cách xa vật quan sát
		<p>Có khả năng điều chỉnh độ tương phản: 3 mức</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bình thường: Hình ảnh bình thường + Cao: Vùng tối sẽ tối hơn và vùng sáng sẽ sáng hơn so với hình ảnh bình thường. + Thấp: Vùng tối sẽ sáng hơn và vùng sáng sẽ tối hơn hình ảnh bình thường
		Có thể hiển thị các thông tin của bệnh nhân, thông tin của hình ảnh
		<p>Việc tăng cường cấu trúc hình ảnh hay tăng cường độ góc cạnh của hình ảnh có thể được lựa chọn theo cài đặt của người sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tăng cường cấu trúc: Tăng cường độ tương phản các mẫu nhỏ trong hình ảnh
		Có tính năng giảm nhiễu
		Có tính năng phóng đại điện tử
		Lưu dữ liệu bệnh nhân: 50 bệnh nhân
		Cài đặt người dùng: 20 người dùng
		Màn hình y tế
		- Kích thước: 23 7/8 inch
		- Loại: LCD
		- Độ phân giải: 1920 x1080 pixels

STT	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
		- Tỷ lệ màn hình: 16:9
		- Độ sáng: 300 cd/m ²
		- Tỷ lệ tương phản: 1000:1
		- Góc nhìn: 89°
		- Tín hiệu đầu vào tương thích với Composite, DVI-D, SDI
		Ống nội soi dạ dày video
		- Có chức năng tăng cường hình ảnh quang học ở ánh sáng dải bước sóng hẹp (NBI)
		- Trường nhìn: 140°
		- Độ sâu trường nhìn: từ 2 mm đến 100 mm
		- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.2 mm
		- Đường kính ngoài của thân ống soi: 9.2 mm
		- Đường kính bên trong kênh dụng cụ: 2.8 mm
		- Độ uốn cong của đầu ống soi:
		+ Hướng lên: 210°
		+ Hướng xuống: 90°
		+ Hướng phải: 100°
		+ Hướng trái: 100°
		- Chiều dài làm việc: 1030 mm
		Ống nội soi đại tràng video
		- Có chức năng tăng cường hình ảnh quang học ở ánh sáng dải bước sóng hẹp (NBI)
		- Có chức năng quan sát gần: Close Focus
		- Trường nhìn tối đa: 140°
		- Độ sâu của trường nhìn tối đa: 100 mm
		- Độ sâu của trường nhìn tối thiểu: 2 mm
		- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 12.8 mm
		- Đường kính ngoài của thân ống soi: 12.8 mm
		- Đường kính bên trong kênh dụng cụ: 3.7mm

STT	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
		- Độ uốn cong của đầu ống soi:
		+ Hướng lên: 180°
		+ Hướng xuống: 180°
		+ Hướng phải: 160°
		+ Hướng trái: 160°
		- Chiều dài làm việc: 1330 mm
		- Chiều dài tổng: 1655 mm
		- Dây soi có kênh bơm rửa vết thương riêng biệt (water jet)
		- Có khả năng điều chỉnh độ cứng ống soi
		Dụng cụ kiểm tra rò rỉ
		Tương thích với các ống soi trên, dùng để kiểm tra rò rỉ
		Xe đẩy hệ thống
		Có giá treo màn hình, tai treo ống soi
		Bánh xe có phanh hãm
		Máy hút dịch 2 bình
		- Loại bơm pittông không dầu
		- Áp suất hút tối đa: -675 mmHg
		- Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút
		- Thể tích bình: 2000 ml/bình
		Bơm tưới rửa
		Dùng để rửa sạch các chất bẩn trong dạ dày, đại tràng giúp cho trường nhìn rõ ràng, hỗ trợ chẩn đoán cũng như điều trị
		Tốc độ bơm tối đa cho kênh dụng cụ: 700 - 750ml/ phút
		Tốc độ bơm tối đa cho kênh nước phụ: 230ml/ phút
		Bình chứa nước dung tích 2 lít, hấp tiệt trùng được
		Yêu cầu khác
		- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ sau khi nghiệm thu

STT	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
		- Cam kết cung cấp chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ), Invoice, Packing list khi bàn giao thiết bị
		- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành, bảo quản cho người sử dụng
		- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, sửa chữa tối thiểu 8 năm kể từ ngày bàn giao thiết bị
II	Đèn mở treo trần: Số lượng 02 chiếc/bộ	YÊU CẦU CHUNG
		Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi
		Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
		Nguồn điện hoạt động: 220V/ 50Hz
		Môi trường hoạt động:
		+ Nhiệt độ tối đa: 40°C
		+ Độ ẩm tối đa: 75%
		Xuất xứ máy chính: Đức (thuộc G7)
		YÊU CẦU CẤU HÌNH
		Bộ tay treo đầu đèn 2 nhánh: 01 bộ
		Đầu đèn: 02 cái
		Tay nắm tiết trùng: 02 cái
		Hướng dẫn sử dụng: tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
		YÊU CẦU KỸ THUẬT
		Loại đèn: Đèn mở treo trần hai chóa
		Có chức năng chiếu sáng cho mở nội soi
		Cường độ sáng tối đa: 160.000 Lux
		Chỉ số hoàn màu: 98 Ra
		Nhiệt độ màu tối đa: 4750 K

STT	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
		Đường kính đầu đèn: 660 mm
		Đường kính trường sáng tối đa (D10): 300 mm
		Loại bóng đèn: Bóng LED
		Tuổi thọ bóng: 60.000 giờ
		Số bóng LED trên mỗi đầu đèn: 99
		YÊU CẦU KHÁC
		Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ sau khi nghiệm thu
		Cam kết cung cấp chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ), Invoice, Packing list khi bàn giao thiết bị
		Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành, bảo quản cho người sử dụng
		Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, sửa chữa tối thiểu 8 năm kể từ ngày bàn giao thiết bị